

附录 3:

个人信用分制度

为了加强实验室管理，实验医学研究中心对入室工作的研究人员建立个人信用档案，预置个人信用总分为 100 分，中心将根据各人的信用分数给予相应的实验室使用权限。在中心实验室工作，发生 I 类违规操作者扣 30 分，发生 II 类违规操作者扣 20 分，发生 III 类违规操作者扣 10 分，普通违规者扣 5 分。如偷盗公、私财物，一经发现，拉入黑名单，吊销其在中心的所有权限。

对于违规操作学生，以 60 分为警戒线，当第一次信用分值 \leq 60 分，通报其导师及研究生科，学生来平台找管理老师学习规章制度，经考核合格后恢复 100 分，专管仪器使用权限仅限上班时间，其他权限不变。如三个月内信用分值保持 60 分以上，恢复所有设备与场地的 24 小时使用权限。第二次信用分值 \leq 60 分，通报其导师及研究生科，学生来平台找管理老师再次学习规章制度，经考核合格后恢复 100 分，平台所有仪器仅限上班时使用。如三个月内信用分值保持 60 分以上，恢复除专管设备外的其他设备与场地的 24 小时使用权限；如六个月内信用分值保持 60 分以上，恢复所有设备与场地的 24 小时使用权限。第三次信用分值 \leq 60 分，全院通报，吊销其在中心的所有权限。

I 类违规操作（扣 30 分）:

1. 门禁卡一人一卡，擅自将门禁卡转借给他人，扣 30 分。
2. 违反生物安全规定，私自在公共区域做病毒相关实验，扣 30 分。
3. 荧光显微镜使用完毕未按要求关闭荧光光源的，扣 30 分。
4. 激光共聚焦显微镜油镜必须使用专用油，用完油镜后需用无水乙醇擦干净镜头，私自用其他油者，扣 30 分。
5. 离心废液直接倒入下水道，未用自带容器盛放并带走，扣 30 分。
6. 物品消毒完需及时取走，超过 72h，扣 30 分，且中心有权丢弃处理。

II 类违规操作（扣 20 分）:

7. 用过的注射器针头等尖锐物品未按规定丢弃在锐器盒内，扣 20 分。
8. 私自更换气瓶，导致培养箱滤膜损坏，扣 20 分。

9. 擅自删除他人图片或实验数据，扣 20 分。
10. 未刷卡直接上机，扣 20 分。
11. 未按仪器操作规程使用仪器，导致仪器出现故障的，扣 20 分。
12. 荧光定量 PCR 仪反应结束后，未及时退板关仪器者，扣 20 分。
13. 多功能酶标仪进行自动进样后未冲洗管道且排空的，扣 20 分。
14. 真空冻干机样品未冻实，冻干过程中出现暴沸，导致冻干仓内壁污染，扣 20 分。
15. 使用真空冻干机时私自下机他人样品，扣 20 分。
16. 水浴锅使用完毕未关机，扣 20 分。
17. 物品消毒完需及时取走，超过 48h，扣 20 分。

III类违规操作（扣 10 分）

18. 未按预约时间上机且未及时取消预约或通知管理员，扣 10 分。
19. 仪器使用过程中修改参数，使用完毕参数未调回的，扣 10 分。
20. 仪器出现故障未上报管理员，扣 10 分。
21. 污染或干涸的细胞不及时清理，滞留在培养箱内的，扣 10 分。
22. 使用完毕显微镜后不关电源的，扣 10 分。
23. 私自用冰箱内他人物品，扣 10 分。
24. 擅自使用 U 盘拷贝数据，扣 10 分。
25. 使用完冰冻切片机，未取下刀片、清理碎屑、擦拭玻璃，扣 10 分。
26. 使用完石蜡切片机后，未取刀片、清理碎屑、盖罩子，扣 10 分。
27. 未清理包埋机小冷台上石蜡，扣 10 分。
28. 使用完后，未关闭大冷台电源，未清理石蜡，扣 10 分。
29. 使用完 HE 染色机后，未盖盖子，扣 10 分。
30. 使用任意离心机出现漏液现象，未清洁转头和离心机内壁，扣 10 分。
31. 低温离心结束后未清洁转头和离心机内壁，扣 10 分。
32. 超速离心机或落地式高速离心机必须用配套的专用离心管，擅自用其他离心管的，扣 10 分。
33. 荧光定量 PCR 仪未使用符合要求的耗材的，扣 10 分。

34. 多功能酶标仪用不匹配的 12 连管和板架，导致卡板，扣 10 分。
35. 物品消毒完需及时取走，超过 24h 未领取，扣 10 分；
36. 液体消毒完需及时取走，超过 24h 未领取，扣 10 分，且一律视为不需要，中心有权丢弃处理。
37. 消毒物品打包不符合要求且拒不接受重新打包要求的，扣 10 分。

普通违规操作（扣 5 分）：

38. 刷卡进门后不随手关门，扣 5 分。
39. 实验操作时不穿工作服，扣 5 分。
40. 一次性手套用完后随意丢弃在实验台面，扣 5 分。
41. 晚上出实验室不随手关灯，扣 5 分。
42. 使用仪器未登记，扣 5 分。
43. 电子天平使用完毕后未及时清扫洒落的试剂粉末，扣 5 分。
44. 生物安全柜使用后未及时清理干净，扣 5 分。
45. 生物安全柜未按规定使用，柜内空间摆放太多物品，扣 5 分。
46. 显微镜使用油镜后未擦干净镜头，扣 5 分。
47. 显微镜使用完毕，将用过的擦镜纸或者枪头等留在台面未清理的，扣 5 分。
48. 最后一个离开显微镜室未关门，扣 5 分。
49. 未按正常程序关机，直接刷卡下机，扣 5 分。
50. 超速离心后清洁实验台面，超离小配件放入抽屉，违者扣 5 分。